


ZM8_N · ZM8_S

Implantes de conexión hexagonal externa



ZM8_N - ZM8_S

Implantes de conexión hexagonal externa



Información importante

Lea atentamente antes de usar productos Ziacom®

Información general

Este documento contiene información básica para el uso de los sistemas de implantes dentales originales Ziacom®, en adelante implantes dentales Ziacom® o simplemente productos Ziacom®. Esta documentación ha sido redactada como guía rápida de consulta para el facultativo responsable del tratamiento, en adelante "usuario", y no es por lo tanto una alternativa ni un sustituto de la formación especializada ni de la experiencia clínica profesional.

Los productos Ziacom® deben ser utilizados realizando una planificación adecuada del tratamiento y siguiendo rigurosamente los protocolos quirúrgicos y protésicos establecidos por el fabricante. Lea atentamente los protocolos quirúrgicos y protésicos específicos de cada producto así como las instrucciones de uso y mantenimiento antes de utilizar un producto Ziacom®. Puede consultarlos también en nuestra web www.ziacom.com o solicitarlos a su distribuidor oficial autorizado Ziacom® más próximo.

Información sobre responsabilidad, seguridad y garantía.

Las indicaciones de uso y manipulación de los productos Ziacom® se basan en la bibliografía internacional publicada, los estándares clínicos actuales y nuestra experiencia, por lo que deben ser entendidas como información general indicativa. La manipulación y uso de los productos Ziacom®, al estar fuera del control de Ziacom Medical SL, son responsabilidad única del usuario. Ziacom Medical SL, sus filiales y/o sus distribuidores oficiales autorizados declinan toda responsabilidad, expresa o implícita, total o parcial, por los posibles daños o perjuicios ocasionados por la mala manipulación del producto o por cualquier otro hecho no contemplado en sus protocolos y manuales para el correcto uso de sus productos.

El usuario del producto debe asegurarse de que el producto Ziacom® empleado es adecuado para el procedimiento y finalidad prevista. Ni estas instrucciones de uso, ni los protocolos de trabajo o manipulación de los productos exigen al usuario de esta obligación. El uso, manipulación y aplicación clínica de los productos Ziacom® debe realizarse por personal profesional cualificado y con la titulación necesaria según la legislación vigente de cada país.

El uso, manipulación y/o aplicación, de forma total o parcial, en cualquiera de sus fases de realización de los productos Ziacom® por personal no cualificado o sin la necesaria titulación para ello, anula automáticamente cualquier tipo de garantía y puede ocasionar graves daños a la salud del paciente.

Los productos Ziacom® forman parte de una sistemática propia, con características de diseño y protocolos de trabajo propios, que incluyen los implantes dentales, aditamentos o componentes de prótesis y el instrumental quirúrgico o protésico. El uso de productos Ziacom® en combinación con elementos o componentes de otros fabricantes puede producir un fracaso del tratamiento, provocar daños en los tejidos, provocar daños a las estructuras óseas, resultados estéticos no adecuados y daños graves a la salud del paciente. Por este motivo, sólo deben utilizarse productos originales Ziacom®.

El profesional clínico, encargado del tratamiento, es el único responsable de velar por el uso de productos originales Ziacom® y usarlos conforme a las instrucciones de uso y protocolos de manipulación correspondientes durante todo el proceso del tratamiento implantológico. El uso de componentes, instrumental o cualquier otro producto no original Ziacom® que se use solo o en combinación con cualquiera de los productos originales Ziacom® anulará automáticamente la garantía de los productos originales Ziacom®.

Consulte el Programa de Garantía Ziacom Medical SL (disponible en la web o contactando con Ziacom Medical SL, sus filiales o distribuidores autorizados).

Advertencia. No todos los productos Ziacom® están disponibles en todos los países. Consulte su disponibilidad.

La marca Ziacom® y otros nombres de productos o servicios, al igual que sus logotipos, mencionados en esta documentación o en la página web www.ziacom.com, son marcas registradas de Ziacom Medical SL.

Ziacom Medical SL se reserva el derecho a modificar, cambiar y eliminar cualquiera de los productos, precios o especificaciones técnicas referenciadas en esta página web o en cualquiera de sus documentos sin previo aviso. Quedan reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o publicación total o parcial de esta documentación, en cualquier medio o formato, sin la correspondiente autorización por escrito de Ziacom Medical SL.





Índice

La Compañía	06
Together for health	06
Calidad Ziacom®	06
Titanio Zitium®	06
Apuesta por la innovación y la formación	07
Ziacom® en el mundo	07
- Sede central	07
- Filiales	07

ZM8N - ZM8S Implantes de conexión hexagonal externa

Implantes ZM8N - ZM8S	10
Características ZM8N	10
Diámetros y longitudes ZM8N	11
Características ZM8S	12
Diámetros y longitudes ZM8S	13
Tratamientos de superficie	14
- Superficie Titansure	14
Presentación del producto	16
Referencias ZM8	18
Recomendaciones de uso	19
Cómo consultar este catálogo	21
Ficha de producto	21
Simbología	21
Aditamentos Rehabilitaciones directas a implante	24
Aditamentos Rehabilitaciones con transepiteliales	34
Instrumental quirúrgico	44
Instrumental protésico	52
Protocolo quirúrgico simplificado	56
Limpieza, desinfección y esterilización	62

Together for health

En Ziacom® llevamos más de 15 años trabajando por la **salud bucodental** y el bienestar de pacientes en todo el mundo a través del **diseño y fabricación de soluciones innovadoras** en implantes dentales, componentes protésicos, instrumental quirúrgico y biomateriales de máxima calidad.

Fundada en el año 2004 con **capital 100% español**, la empresa inició su actividad como fabricante de implantes y aditamentos implantológicos para varias firmas del mercado europeo, lanzando los primeros **sistemas propios de implantes** en el 2006.

En el 2015 Ziacom® inició su **estrategia de diversificación** con el desarrollo de **nuevas líneas de negocio** y familias de producto y el lanzamiento de un **nuevo portfolio**, lo que llevó a la compañía a alcanzar, en el 2016, el **15% de la cuota de mercado español** con más de 230.000 implantes vendidos.

En 2022 la empresa ha iniciado un **ambicioso proyecto de crecimiento** que incluye nuevos objetivos de **expansión internacional**, ampliación y **diversificación** de la cartera de **productos y servicios** y el cambio de la identidad corporativa.

Calidad Ziacom®

El compromiso con la **calidad y la innovación** forma parte de los valores y la esencia de Ziacom® desde sus inicios.

Por ello, aplicamos la tecnología más avanzada en **todas las fases del ciclo de producción** de nuestros productos, desde el **diseño y fabricación** hasta los procesos de **verificación, limpieza y envasado**. Además, para la fabricación de todos nuestros productos empleamos únicamente **materias primas de alta calidad** y aplicamos **estrictos controles en los procesos** de selección de nuestros principales proveedores.

Ziacom Medical SL tiene la **licencia de fabricante de productos sanitarios** y la **autorización de comercialización** por la AEMPS 6425-PS (Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario) y nuestro **sistema**

de gestión de calidad está certificado conforme a los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 13485:2016 cumpliendo además con los requisitos de GMP 21 CFR 820.



Gracias al esfuerzo constante por ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad, todos nuestros implantes cuentan con una **garantía de por vida**.


Consulte las Condiciones Generales de Acceso a la Garantía para los productos Ziacom®.

Titanio Zitium®

Los implantes **ZM8N · ZM8S** de Ziacom® están fabricados en **titanio grado 4 de extra alta tensión Zitium®** que les confiere una **mejora sustancial en su límite elástico y en sus propiedades mecánicas**.

Gracias al titanio **Zitium®** nuestros implantes mantienen la conformidad con los requisitos de las normas ASTM F67 e ISO 5832-2 y certificados conforme a los requisitos de la directiva médica 93/42/CEE y su modificación 2007/47/CE por el organismo notificado 0051.

Propiedades titanio Zitium®



FDA Approved*

*Consultar modelos aprobados

Los implantes Ziacom® se esterilizan mediante irradiación con Rayos Beta a 25 kGy, salvo los implantes de ortodoncia DSQ que se comercializan **no estériles**.

IMPORTANTE

Todos los productos (excepto los implantes dentales) recogidos en este catálogo de Ziacom® se comercializan no estériles y deben ser esterilizados antes de su uso.



Apuesta por la innovación y la formación

Con el objetivo de ofrecer siempre las mejores soluciones para el **bienestar de cada paciente**, y gracias a la experiencia y dedicación de **profesionales altamente cualificados** y a un **innovador Centro Tecnológico**, nuestro equipo de I+D+i trabaja a diario en un proceso constante de **investigación e innovación** para la **mejora continua** de nuestros productos y el desarrollo de **nuevas soluciones** que respondan a las demandas y necesidades de pacientes y profesionales.

Mantenemos, además, una clara apuesta por la **investigación** y la **formación constante** como medio para dotar de **soporte científico al sector** y creemos firmemente en la formación de los **jóvenes profesionales** como la mejor garantía para el **progreso de la odontología**.

Por ello, colaboramos con **centros de formación, universidades y sociedades científicas** para la creación de un entorno didáctico práctico y especializado que potencie sus conocimientos, sus capacidades y su crecimiento profesional.

En nuestra apuesta por la formación y el **desarrollo de los profesionales** del sector, en nuestras instalaciones contamos con **espacios específicos para la formación y prácticas hand-on**, equipamiento formativo de **última tecnología**, así como un **showroom físico y virtual** donde conocer de primera mano todas nuestras soluciones dentales.

Ziacom® en el mundo

Comprometidos en llevar la salud bucodental a pacientes en todo el mundo, contamos con un sólido **plan de crecimiento y expansión internacional** con el que incrementar la **presencia internacional** de la compañía en aquellas **áreas ya consolidadas**, así como incorporar otras de **nuevo crecimiento**.

Para ello, ofrecemos a nuestros **partners internacionales** una relación de **confianza y colaboración**, adaptándonos a sus **necesidades locales** con soluciones a la medida de cada mercado.

En nuestro afán por cumplir con los requisitos de **calidad, normativos y legales específicos de cada país**, tanto para los procesos de registro como de distribución de nuestros productos, contamos con las **certificaciones específicas** de cada uno de los territorios donde actuamos.

Sede central

Ziacom Medical SL

Madrid - ESPAÑA
Calle Búhos, 2 - 28320 Pinto
Tel: +34 91 723 33 06
info@ziacom.com

Filiales

Ziacom Medical Portugal Lda


Av. Miguel Bombarda, 36 - 5º B
1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 215 850 209
info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

Miami - EEUU
333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - USA
Phone: +1(786) 224 - 0089
info.usa@ziacom.com

Puede consultar el listado actualizado de distribuidores Ziacom® en www.ziacom.com o enviando un email a export@ziacom.com






ZM8^N-ZM8s

ZM8_N · ZM8_S

Implantes de conexión hexagonal externa



Características ZM8N

CONEXIÓN


- Conexión hexagonal externa: sencillez y versatilidad.
- Canal de tornillo con guía superior: facilita la inserción de los tornillos.

ZONA CORTICAL


- Anillo mecanizado de 0,4mm: permite elevar el gap protésico respecto a la cresta ósea en biotipos medio/grueso; evita la exposición de superficie tratada en cresta irregular.
- Diseño microrrosca: preserva el hueso marginal.
- Extensión microrrosca: mejora la distribución de las cargas.
- Macrodiseño: compresión cortical óptima.

CUERPO













- Espiras activas de ángulo reducido: favorece la estabilidad durante la inserción y aumentan el BIC (contacto hueso-implante).
- Doble espira: rápida inserción y reducción del tiempo quirúrgico.
- Ápice activo autorroscante: facilita la inserción en infrafresado.
- Ventanas apicales transversales: recogen restos óseos en inserción.
- Morfología optimizada: alta estabilidad primaria.



Medidas de la zona coronal del implante



Diámetros y longitudes ZM8N

Ø DIÁMETRO	Ø PLATAFORMA	LONGITUD (L)			
		9	11	13	15
■ RP 3,75	4,10				
■ RP 4,00					
■ RP 4,30					

Cotas en mm.

Características ZM8S

CONEXIÓN

- Conexión hexagonal externa: sencillez y versatilidad.
- Canal de tornillo con guía superior: facilita la inserción de los tornillos.

ZONA CORTICAL


- Anillo mecanizado de 0,4mm: permite elevar el gap protésico respecto a la cresta ósea en biotipos medio/grueso; evita la exposición de superficie tratada en cresta irregular.
- Diseño microrrosca: preserva el hueso marginal.
- Extensión microrrosca: mejora la distribución de las cargas.
- Macrodiseño: compresión cortical óptima.

CUERPO


- Espiras activas de ángulo reducido: favorece la estabilidad durante la inserción y aumentan el BIC (contacto hueso-implante).
- Doble espira: rápida inserción y reducción del tiempo quirúrgico.
- Ápice activo autorroscante: facilita la inserción en infrafresado.
- Ventanas apicales transversales: recogen restos óseos en inserción.
- Morfología optimizada: alta estabilidad primaria.

DISEÑO CÓNICO













- Facilita el conformado óseo en baja densidad.
- Indicado para carga inmediata y postextracción.
- Para casos de convergencia y/o colapso apical.



Medidas de la zona coronal del implante



Diámetros y longitudes ZM8S

Ø DIÁMETRO	Ø PLATAFORMA	LONGITUD (L)			
		9	11	13	15
■ RP 3,75	4,10				
■ RP 4,00					
■ RP 4,30					

Cotas en mm.

Tratamientos de superficie

■ Superficie Titansure

Las superficies con tratamiento superficial han demostrado una mejora de la osteointegración al incrementar el contacto hueso-implante. Esto se debe en parte a la composición química del implante y también a sus características topográficas.


Con su superficie **Titansure**, Ziacom Medical logra una topografía superficial libre de contaminantes y una macro y microporosidad con valores promedios óptimos cuyas características son claves para lograr una correcta y rápida osteointegración, lo que le confiere una muy buena fiabilidad y una gran predictibilidad.

■ ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE TITANSURE

La superficie **Titansure** es de tipo S.L.A. y se obtiene por sustracción mediante arenado con corindón blanco y doble grabado de ácido fluorhídrico y combinación de ácido sulfúrico y fosfórico.


Análisis morfológico de la superficie

Utilizando un microscopio electrónico de barrido (FEI TENEO, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EE. UU.), se pudo observar la superficie rugosa y porosa con numerosas cavidades con bordes delgados y afilados.



Análisis elemental de la superficie

Utilizando un espectrómetro de rayos X de dispersión de energía (Octane Super, Edax-Ametek, Mahwah, NJ, EE. UU.), se analizó la composición química de la superficie.



Compositional analysis of implant surface

ELEMENT	WEIGHT (%)
C K	9.32 (10.23)
Al K	-
Ti K	89.53 (11.77)

No aluminum was detected

Los resultados del análisis se expresan como media y desviación estándar del porcentaje de contenido de masa (WEIGHT (%)).


Análisis de la rugosidad de la superficie

El estudio de rugosidad se realizó con el microscopio confocal-interferométrico Sensofar S NEOX (Sensofar Medical, Terrasa, España) y el software SensoMAP Premium 7.4. Los parámetros cuantitativos de rugosidad utilizados fueron rugosidad media del perfil (Ra), la desviación media del perfil de rugosidad (Rq), la altura máxima de pico del perfil de rugosidad (Rp), y la profundidad máxima de valle del perfil de rugosidad (Rv).

Ra (μm) (SD)	Rq (μm) (SD)	Rp (μm) (SD)	Rv (μm) (SD)
0.82 (0.10)	0.97 (0.08)	1.84 (0.04)	2.21 (0.01)

También se registraron la rugosidad tridimensional de la superficie (Sa), la altura media tridimensional (Sq), la altura máxima del pico tridimensional (Sp), y profundidad máxima del valle del área seleccionada (Sv).

Sa (μm) (SD)	Sq (μm) (SD)	Sp (μm) (SD)	Sv (μm) (SD)
0.76 (0.01)	0.97 (0.01)	4.20 (0.12)	4.62 (0.20)



Los datos han sido extraídos de la siguiente publicación:

Rizo-Gorrita, M.; Fernandez-Asian, I.; Garcia-de-Frenza, A.; Vazquez-Pachon, C.; Serrera-Figallo, M.; Torres-Lagares, D.; Gutierrez-Perez, J. Influence of Three Dental Implant Surfaces on Cell Viability and Bone Behavior. An In Vitro and a Histometric Study in a Rabbit Model. Appl. Sci. 2020, 10(14), 4790

■ ÓPTIMA OSTEOINTEGRACIÓN

La superficie **Titansure** se caracteriza por una estructura superficial tridimensional con picos altos y valles amplios, lo cual es sabido muy eficaz para promover la cascada de la coagulación y la liberación de factores de crecimiento a través de la activación plaquetaria [Kim, H.; Choi, S.H.; Ryu, J.J.; Koh, S.Y.; Park, J.H.; Lee, I.S. The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Biomed. Mater. 2008, 3, 025011].

Este tipo de superficie podría tener un efecto osteogénico gracias a sus diferentes características topográficas a nivel micrométrico y nanométrico, muy similar en morfología a las cavidades de reabsorción osteoclástica en el hueso [Le Guehennec, L.; Goyenvalle, E.; Lopez-Heredia, M.A.; Weiss, P.; Amouriq, Y.; Layrolle, P. Histomorphometric analysis of the osseointegration of four different implant surfaces in the femoral epiphyses of rabbits. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 1103–1110].

Para más información sobre el tratamiento de superficie consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Implantes ZM8^N · ZM8^S

Presentación de producto

■ Envasado en blíster

Disponible para implantes con superficie **Titansure**. El blíster se presenta termosellado e incluye etiqueta identificativa del producto para su correcta trazabilidad. Su lengüeta facilita la apertura en clínica e impide la apertura accidental.



IMPORTANTE
No abra el envase estéril hasta el momento de la colocación del implante.

■ Etiqueta identificativa externa

Los implantes Ziacom® se presentan en una caja de cartón sellada que incluye la etiqueta identificativa del producto con la descripción de sus principales características.

CE 0051	Ziacom®	Implante Dental ES	ZIACOM MEDICAL, S.L. Calle Bñños, 2 28320 Pinto - Madrid España Teléfono: +34 91 723 33 06 Fax: +34 91 723 33 06 Email: info@ziacom.com
Rx Only	MD ZM83711N	Dental Implant EN	
RP	LOT Z0000000	Zahnimplantat DE	
1 Unid	RP Ø3,75X11mm	Implant Dentaire FR	
ZM8 ^N 3,75X11mm	IDrive®	Implanto Dentale IT	
STERILE R	www.ziacom.com	Implante Dentário PT	UDI
30°C	(01)08435481200878(17)000000(11)000000(10)Z0000000		QR Code

Explicación de la simbología utilizada

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| CE 0051 | MDD certificado CE y organismo notificado | ⊗ | No utilizar si el embalaje está dañado |
| MD | Nombre del producto sanitario | ⊗ | Producto no reutilizable |
| LOT | Número de lote del producto | 📖 | Consultar las instrucciones de uso |
| 🌐 | Página web para información de los pacientes | 🕒 | Fecha de caducidad del producto |
| UDI | Identificador único de producto | 🏭 | Fecha de fabricación |
| STERILE R | Esterilización mediante radiación | 🏭 | Fabricante del producto |
| 🌡️ | Limitación de temperatura | TT | Tratamiento de superficie Titansure |
| ⚠️ | Cuidado, consulte documentación adjunta | TT Active | Tratamiento de superficie Titansure Active |
| ♻️ | No reesterilizar | Rx Only | Caution: federal law prohibits dispensing without prescription |


Consulte todos los detalles de la presentación del producto y sus instrucciones de uso (IFU) en www.ziacom.com/ifu o a través del código QR de la caja.



■ Ziacom® No Mount

Los implantes ZM8N · ZM8S se presentan en el vial portaimplante Ziacom® No Mount (sin transportador) donde un vial plástico aloja en posición vertical el implante entre una placa inferior y una arandela superior en ambos casos de titanio, proporcionándole estabilidad sin movimientos al tiempo que evita contactos.

Este envasado permite que la presión para extraer el implante del vial y llevarlo al lecho quirúrgico con facilidad y seguridad se realice directamente sobre su conexión. De esta forma, el implante Ziacom® No Mount elimina el riesgo de reducción de la estabilidad primaria asociado a la sobre instrumentación, evita la manipulación del implante en el proceso de desmontaje del Mount y además reduce la dificultad en la inserción del implante en sectores posteriores con apertura bucal reducida.



■ Pasos de inserción llaves IDrive

La presentación del implante Ziacom® No Mount permite extraerlo del vial portaimplante con una llave de inserción mediante el sistema IDrive para ZM8, tanto para contra ángulo (CA) como para carraca.



i Para más información sobre el uso de instrumental quirúrgico consulte la sección "Protocolo quirúrgico simplificado" en las páginas 56 a 59 de este catálogo.


Referencias ZM8

■ Referencias ZM8N · ZM8S con Ziacom® No Mount - Titansure

IMPLANTE				
	Ø (mm)	Ø Núcleo (mm)	Longitud (mm)	Ref. Titansure
ZM8N	3,75	3,00/2,40	9,0	ZM83709N
			11,0	ZM83711N
			13,0	ZM83713N
			15,0	ZM83715N
	4,00	3,25/2,65	9,0	ZM84009N
			11,0	ZM84011N
			13,0	ZM84013N
			15,0	ZM84015N
	4,30	3,50/2,90	9,0	ZM84309N
			11,0	ZM84311N
			13,0	ZM84313N
			15,0	ZM84315N

IMPLANTE				
	Ø (mm)	Ø Núcleo (mm)	Longitud (mm)	Ref. Titansure
ZM8S	3,75	3,20/1,75	9,0	ZM83709S
			11,0	ZM83711S
			13,0	ZM83713S
			15,0	ZM83715S
	4,00	3,45/2,00	9,0	ZM84009S
			11,0	ZM84011S
			13,0	ZM84013S
			15,0	ZM84015S
	4,30	3,75/2,25	9,0	ZM84309S
			11,0	ZM84311S
			13,0	ZM84313S
			15,0	ZM84315S

Plataforma



(1) Zona mecanizada sin tratamiento. (2) Altura del hexágono externo. (3) Distancia entre caras del hexágono externo. (4) Diámetro de la plataforma de trabajo.

Métrica



Métrica única de 2,00

Tornillo de cierre*



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	5,00	OEXRPT

Anodizado ■ RP



* Tornillo ya incluido en cada implante.

Recomendaciones de uso

Toda tratamiento implantológico debe respetar la estabilidad bio-mecánica natural de la cavidad oral y permitir la emergencia natural de la corona dental a través del tejido blando. El implantólogo debe valorar la cantidad y calidad del hueso existente en la zona receptora del implante y considerar la necesidad de regeneración ósea previa o simultánea según el caso.

Ziacom® dispone de una amplia gama de implantes con los que cubrir todas las posibilidades restauradoras existentes. A través de los cuadrados del odontograma expuesto se representan los diámetros y las plataformas de los implantes recomendados para cada posición dentaria.

Estas recomendaciones son válidas para la sustitución de dientes con rehabilitaciones unitarias, puentes, híbridas o sobredentaduras.

Recuerde mantener las distancias mínimas entre implantes adyacentes y entre implantes y piezas dentales para preservar papilas, la vascularización ósea y los perfiles naturales de emergencia.

La elección del implante adecuado para cada caso es responsabilidad exclusiva del implantólogo. Ziacom® recomienda tener en consideración las advertencias en base a evidencia científica recogidas en los catálogos de producto y en la página web.

■ ACLARACIONES SOBRE MEDIDAS Y TÉCNICAS DE FRESADO

- **TALLA DEL IMPLANTE:** identifica el diámetro y la longitud del implante.
- **CUERPO DEL IMPLANTE:** diámetro del núcleo del implante.
- **MEDIDA DE LA FRESA:** corresponde con el diámetro de la fresa.
- **TÉCNICA DE FRESADO:** hemos elaborado los diferentes protocolos de fresado para que le permitan abordar de manera esquematizada las diferentes situaciones que se generan al afrontar una cirugía con implantes.

Odontograma

ZM8N

Diámetro del implante⁽¹⁾


A RP **B** RP **C** RP
 Ø3,75 mm Ø4,00 mm Ø4,30 mm

(1) Los diámetros están disponibles para las plataformas análogas

Diámetro de la plataforma

■ RP
 Ø4,10 mm

- Para los implantes de posiciones marcadas con *** se recomienda ferulizarlos o, en rehabilitaciones unitarias, aliviarlos de cargas oclusales.



Para más información sobre la elección de la talla del implante consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca

Recomendaciones de uso

Toda tratamiento implantológico debe respetar la estabilidad bio-mecánica natural de la cavidad oral y permitir la emergencia natural de la corona dental a través del tejido blando. El implantólogo debe valorar la cantidad y calidad del hueso existente en la zona receptora del implante y considerar la necesidad de regeneración ósea previa o simultánea según el caso.

Ziacom® dispone de una amplia gama de implantes con los que cubrir todas las posibilidades restauradoras existentes. A través de los cuadrados del odontograma expuesto se representan los diámetros y las plataformas de los implantes recomendados para cada posición dentaria.

Estas recomendaciones son válidas para la sustitución de dientes con rehabilitaciones unitarias, puentes, híbridas o sobredentaduras.

Recuerde mantener las distancias mínimas entre implantes adyacentes y entre implantes y piezas dentales para preservar papilas, la vascularización ósea y los perfiles naturales de emergencia.

La elección del implante adecuado para cada caso es responsabilidad exclusiva del implantólogo. Ziacom® recomienda tener en consideración las advertencias en base a evidencia científica recogidas en los catálogos de producto y en la página web.

■ ACLARACIONES SOBRE MEDIDAS Y TÉCNICAS DE FRESADO

- **TALLA DEL IMPLANTE:** identifica el diámetro y la longitud del implante.
- **CUERPO DEL IMPLANTE:** diámetro del núcleo del implante.
- **MEDIDA DE LA FRESA:** corresponde con el diámetro y longitud de la fresa.
- **TÉCNICA DE FRESADO:** hemos elaborado los diferentes protocolos de fresado para que le permitan abordar de manera esquematizada las diferentes situaciones que se generan al afrontar una cirugía con implantes.

Odontograma

ZM8s


Diámetro del implante⁽¹⁾

A RP **B** RP **C** RP
 Ø3,75 mm Ø4,00 mm Ø4,30 mm

(1) Los diámetros están disponibles para las plataformas análogas

Diámetro de la plataforma

■ RP
 Ø4,10 mm



Para más información sobre la elección de la talla del implante consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Ficha de producto

Título, sección y apartado

Aditamentos
Rehabilitaciones directas a implante

Denominación del producto

Imagen del producto

Tabla de producto:
- Plataforma
- Sistema
- Altura (H)
- Diámetro (Ø)
- Referencia del producto

Todas las medidas que aparecen en el presente catálogo están expresadas en milímetros (mm)


Dibujo a línea del producto

Características del producto

Indicaciones complementarias

Simbología

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Elemento rotatorio		Conexión Tx30		Fabricado en Cromo-Cobalto + plástico calcinable
	Elemento no rotatorio		Métrica en milímetros		Fabricado en Cromo-Cobalto
	Usar con torque manual (consulte tabla pág. 41)		Apoyo del tornillo a 45°		Fabricado en PEEK
	Torque máximo de uso		Apoyo del tornillo a 90°		Fabricado en plástico calcinable
	Rango de torques de la carraca		Uso en rotación con CA		Fabricado en plástico
	Conexión Galaxy		Velocidad máxima de giro		Temperatura recomendada de esterilización
	Conexión del tornillo		Número de usos máximos		Producto no esterilizado
	Conexión Kirator		Fabricado en Titanio Grado 5 ELI (Extra Low Interstitials)		Usar con irrigación abundante
	Conexión Basic		Fabricado en Acero inoxidable		Angulación máxima
	Conexión XDrive				



ZM8^N-ZM8s

Aditamentos

Rehabilitaciones
directas a implante




Aditamentos

Rehabilitaciones directas a implante

2ª FASE Y TOMA DE IMPRESIONES

Pilar de cicatrización




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,50	HAEX3415
■	3,00	HAEX3430
■	5,00	HAEX3450
■	7,00	HAEX3470

Anodizado ■ RP



Pilar de impresión




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	11,80	TCEX3411
■	7,80/Corto	TCEX3402

Anodizado ■ RP



Tornillo pilar de impresión




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	0,00	LTSS3400
■	3,00	LTSS3401
■	6,00	LTSS3402
■	9,00	LTSS3410
■	0,00	STSS3400*

Anodizado ■ RP



*Tornillo para realizar la toma de impresión con el transfer de impresión corto.

Tornillo pilar de impresión - Quickly Screws




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	3,00	LT3401
■	6,00	LT3402

Anodizado ■ RP



La altura (H) se calcula respecto a la altura del pilar de impresión normal. Al utilizar el pilar de impresión corto, considere la diferencia entre las alturas de los pilares.

Pilar de impresión Pick-Up




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,60	PUEX3400

Anodizado ■ RP



Asegúrese del correcto ajuste del transfer plástico sobre el pilar Pick-Up antes de proceder a la toma de impresión.

Transfer de impresión Pick-Up



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	7,25	CPU3410



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Pilar de impresión Z2Plus Snap-On



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,50	Z2RPEX10


Anodizado ■ RP



IMPORTANTE

Para la fijación de este pilar de impresión utilice el tornillo de laboratorio.

Transfer de impresión Z2Plus Snap-On




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	8,00	ZPU3400



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Análogo de implante



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	13,00	IAEX3400




Análogo de implante 3D

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	13,00	IAEX3400D



ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Tornillo clínico



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	8,30	DSEI3400

Anodizado RP



Tornillo clínico Kiran




Para Ti-Base ZiaCam estructura metálica

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	8,30	DSEI3410



Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial

Tornillo de laboratorio




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	7,40	LB103400



Tornillo NO apto para su uso como tornillo clínico definitivo.

Tornillo clínico Kiran Tx30



Para pilares y Ti-Base ZiaCam Tx30

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	6,80	DSEI3410TX




Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial

Uso solo con destornilladores Tx30

PROVISIONALES

Pilar provisional



Rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	9,50	RUEXT3410

Anodizado RP




No rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	9,50	NUEXT3410

Anodizado RP



Pilar provisional



Rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	9,50	RUEXP3410



No rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	9,50	NUEXP3410




En caso de carga inmediata, consulte la tabla de torques para los pilares provisionales en la pág. 41.

Aditamentos

ATORNILLADAS

UCLA

UCLA



Rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	11,00	RUEX3400




No rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	11,00	NUEX3400



UCLA BASE MECANIZADA

Pilar base mecanizada + Pilar calcinable



Rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	10,60	BRUEX34



No rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	10,60	BNUEX34



ATORNILLADAS

■ PILAR Tx30 ROTACIÓN VARIABLE

Pilar base mec. Tx30 + 2 P. Cal (15° y 20°)



Pilar base mec. Tx30 + 2 P. Cal (20° y 25°)



Rotatorio

Plataf.	15° Longitud (L)	20° Longitud (L)	Referencia
	11,40	11,20	BRUEX34TX



Rotatorio

Plataf.	20° Longitud (L)	25° Longitud (L)	Referencia
	11,20	11,00	BRUEX34TX1



No rotatorio

Plataf.	15° Longitud (L)	20° Longitud (L)	Referencia
	11,40	11,20	BNUEX34TX



No rotatorio

Plataf.	20° Longitud (L)	25° Longitud (L)	Referencia
	11,20	11,00	BNUEX34TX1



Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. DSEI2010TX (NP)/DSEI3410TX (RP/WP) para todos los pilares Tx30 Rotación variable.

■ PILAR TX30 ROTACIÓN VARIABLE

El pilar Tx30 Rotación Variable está constituido por una base mecanizada de Cr-Co sobre la que se ajustan pilares calcinables angulados a 15°, 20° ó 25° y un tornillo clínico Kiran de conexión especial tipo Tx30.

La base de Cr-Co asegura un óptimo ajuste y sellado a la conexión del implante por su previa fabricación y las distintas angulaciones de los pilares calcinables permiten seleccionar el mejor posicionamiento para una adecuada emergencia del canal de acceso al tornillo de la restauración.



Surcos indicativos de las angulaciones de los calcinables



Aditamentos

CEMENTADAS

Pilar recto




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,50	STAEX3415
■	2,50	STAEX3425
■	3,50	STAEX3435

Anodizado ■ RP



Pilar recto



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,50	STEX3415
■	2,50	STEX3425
■	3,50	STEX3435

Anodizado ■ RP



Pilar angulado 15°



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,50	A1EX3415
■	2,50	A2EX3415

Anodizado ■ RP



Pilar angulado 25°



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,50	A1EX3425
■	2,50	A2EX3425

Anodizado ■ RP



Rehabilitaciones directas a implante

SOBREDENTADURA

Kirator



Pilar Kirator con aplicador



Pilar Kirator

Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,00	LOEX3401
	2,00	LOEX3402
	3,00	LOEX3403
	4,00	LOEX3404
	5,00	LOEX3405
	6,00	LOEX3406


Tratamiento superficial color dorado
Llave de inserción Ref. LOSD01/LOSD02



Incluye pilar Kirator con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Aditamentos relacionados

Transfer de impresión Kirator




Sistema	Altura (H)	Referencia
Kirator	6,50	TCRK3400



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Análogo Kirator



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Kirator	13,00	IATORK01



Pack de procesamiento Kirator



Cazoleta de titanio

Sistema	Referencia
Pack de procesamiento Kirator	TP8520

Pack de procesamiento Kirator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.


Sistema	Retención (Kg)	Referencia
Kirator	Suave/1,20Kg	TPK100
	Estándar/1,80Kg	TPK200
	Fuerte/2,70Kg	TPK300

Pack de 4 cofias retentivas plásticas Kirator.



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 22° entre implantes.

Pack de procesamiento divergente Kirator



Cazoleta de titanio

Sistema	Referencia
Pack de procesamiento Kirator	TP8520D

Pack de procesamiento divergente Kirator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
Kirator	Suave/1,20Kg	TPK110
	Estándar/1,80Kg	TPK220
	Fuerte/2,70Kg	TPK330

Pack de 4 cofias retentivas plásticas Kirator - Divergentes.



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 44° entre implantes.

Secuencia demostrativa



Las referencias TPK110/TPK220/TPK330 del pack de procesamiento divergente Kirator están sujetas a disponibilidad.

ZM-Equator



Pilar ZM-Equator con aplicador



Pilar ZM-Equator

Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,00	ZMEX3401
■	2,00	ZMEX3402
■	3,00	ZMEX3403
■	4,00	ZMEX3404
■	5,00	ZMEX3405
■	6,00	ZMEX3406


Tratamiento superficial color dorado



Incluye pilar ZM-Equator con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Aditamentos relacionados

Transfer de impresión ZM-Equator




Sistema	Altura (H)	Referencia
ZM-Equator	6,50	TCRK3410



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Análogo ZM-Equator



Sistema	Longitud (L)	Referencia
ZM-Equator	13,20	IAZM01



Pack de procesamiento ZM-Equator



Cazoleta de titanio

Sistema	Referencia
Pack de procesamiento ZM-Equator	ZM8520

Pack de procesamiento ZM-Equator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
ZM-Equator	Suave/1,20Kg	TZM100
	Estándar/1,80Kg	TZM200
	Fuerte/2,70Kg	TZM300

Pack de 4 cofias retentivas plásticas ZM-Equator



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 22° entre implantes.

Pack de procesamiento divergente ZM-Equator



Cazoleta de titanio

Sistema	Referencia
Pack de procesamiento ZM-Equator	ZM8520D

Pack de procesamiento divergente ZM-Equator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
ZM-Equator	Suave/1,20Kg	TZM100
	Estándar/1,80Kg	TZM200
	Fuerte/2,70Kg	TZM300

Pack de 4 cofias retentivas plásticas ZM-Equator - Divergentes.



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 44° entre implantes.

Secuencia demostrativa



DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam a implante



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	8,00	FNSYEX341T

Anodizado ■ RP



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. LB103400 (RP) para todos los scanbody ZiaCam a implante.

Consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca para más información sobre el uso de interfaces en rehabilitaciones con zirconio o sobre el uso de aditamentos en el "Manual de procedimientos protésicos".



Ti-Base ZiaCam



Rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Referencia
■	0,50/5,00	FRUEX341
■	1,50/6,00	FRUEX342



No rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Referencia
■	0,50/5,00	FNUEX341
■	1,50/6,00	FNUEX342



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. DSEI3410 (RP) para todos los Ti-Base ZiaCam.

Ti-Base ZiaCam Tx30



Rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Referencia
■	0,50/6,00	FRUEX34TX1
■	1,50/7,00	FRUEX34TX2



No rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Referencia
■	0,50/6,00	FNUEX34TX1
■	1,50/7,00	FNUEX34TX2



Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. DSEI3410TX (RP) para todos los Ti-Base ZiaCam Tx30.


Pilar Kirator.Toolbar



Plataf.	Altura (H)	Referencia
Universal	1,80	LOTB100

Tratamiento superficial color dorado.






ZM8^N-ZM8s

Aditamentos


Rehabilitaciones
con transepiteliales



Aditamentos

Rehabilitaciones con transepteliales


■ Basic | Secuencia demostrativa de uso



Para más información sobre el uso de los aditamentos consulte el "Manual de procedimientos protésicos" disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Pilar Basic



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,50	BASIC3401
■	2,00	BASIC3402
■	3,00	BASIC3403
■	4,00	BASIC3404
■	5,00	BASIC3405

Llave de inserción Ref. MABA100/MABA110



Incluye pilar Basic con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).
Angulación del cono de 18°. Angulación entre pilares de 36°.

Pilar Basic




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	3,00	BASIC3403N
■	4,00	BASIC3404N

Llave de inserción Ref. MABA100/MABA110



Pilar Basic con aplicador

Pilar de cicatrización Basic




Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	5,00	BAHAEX34

Anodizado ■ RP



Pilar de impresión Basic



Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	8,00	BATC134

Anodizado ■ RP



No rotatorio


Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	8,00	BATN134

Anodizado ■ RP



Incluye tornillo para todos los pilares de impresión Basic.

Análogo Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIAEX34



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIANEX34




Análogo Basic 3D

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIAEX34D



Aditamentos

Tornillo clínico Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	4,30	BDSEI3400

Anodizado ■ RP



Tornillo clínico Kiran Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	4,30	BDSEI3410



Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial.

Tornillo de laboratorio Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	5,50	BDSEI3401



Tornillo NO apto para su uso como tornillo clínico definitivo.

Tornillo clínico Kiran Tx30 Basic




Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	4,10	BDSEI34TX



Tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial.

Pilar provisional Basic




Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,50	BARUT10

Anodizado ■ RP



Pilar provisional Basic



Rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,50	BARUP34




No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,50	BANUP34



UCLA Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	9,00	BARUEX34



Pilar base mec. Basic + Pilar calcinable



Rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	11,00	BBRU34



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	11,00	BBNU34



DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam a pilar Basic



Rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,70	FNSYB11T



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,70	FNSYB11NT



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. BDSEI3401 para todos los Scanbody ZiaCam a pilar Basic.

Ti-Base ZiaCam a Basic



Rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/6,70	BFRU341



No rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/6,70	BFNU341



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. BDSEI3410 para todos los Ti-Base ZiaCam a Basic.

Ti-Base ZiaCam Tx30 a Basic



Rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/5,70	BFRU341TX



No rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/5,70	BFNU341TX




Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. BDSEI34TX para todos los Ti-Base ZiaCam Tx30 a Basic.

Aditamentos

Rehabilitaciones con transepiteliales


■ XDrive | Secuencia demostrativa de uso



Para más información sobre el uso de los aditamentos consulte el "Manual de procedimientos protésicos" disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Pilar recto XDrive



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	1,00	XST103410
■	2,00	XST103420
■	3,00	XST103430
■	4,00	XST103440
■	5,00	XST103450

Llave de inserción Ref. MABA200/MABA210-



Incluye pilar XDrive con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Angulación del cono de 21°. Angulación entre pilares de 42°.



Pilar XDrive con aplicador

Pilar angulado 17° XDrive



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	2,00	XA2103417
■	3,00	XA3103417
■	4,00	XA4103417
■	5,00	XA5103417



Incluye posicionador metálico de acero inoxidable y tornillo para todos los pilares angulados XDrive.


Pilar angulado 30° XDrive



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	3,00	XA3103430
■	4,00	XA4103430
■	5,00	XA5103430



Pilar de cicatrización XDrive




Sistema	Altura (H)	Referencia
XDrive	5,00	XH103400

Anodizado ■ RP



Pilar de impresión XDrive




Sistema	Altura (H)	Referencia
XDrive	10,50	XT103411

Anodizado ■ RP



Incluye tornillo.

Análogo XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	13,00	XIA103400




Análogo XDrive 3D

Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	13,00	XIA103400D



Aditamentos

Tornillo clínico XDrive




Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	3,50	XDS103410

Anodizado ■ RP



Tornillo clínico Kiran XDrive




Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	3,50	XDS103411



Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial.

Tornillo de laboratorio XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	5,10	XLB103410



Tornillo NO apto para su uso como tornillo clínico definitivo.

Tornillo clínico Kiran Tx30 XDrive




Para Ti-Base ZiaCam o estructura metálica

Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	3,50	XDS3411TX



Tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial.

Pilar provisional XDrive




Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	9,50	XST3410

Anodizado ■ RP




Pilar provisional XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	9,50	XSP3410




UCLA XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	8,00	XRU103400




Pilar base mec. XDrive + Pilar calcinable



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	11,00	XBRU34



Pilar Kirator XDrive




Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
XDrive	3,00/4,30	XLO3400

Pilar Kirator con tratamiento superficial dorado.



XDrive

DIGITAL CAD-CAM
Scanbody ZiaCam a pilar XDrive


Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	8,70	FNSYX11T



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. XLB103410 para todos los Scanbody ZiaCam a pilar XDrive.

Ti-Base ZiaCam XDrive


Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
XDrive	0,15/6,70	XFRU341



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. XDS10341I.

Ti-Base ZiaCam Tx30 XDrive


Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
XDrive	0,15/5,70	XFRU341TX



Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. XDS3411TX.

Tabla de torques para aditamentos


Elemento/Aditamento	Instrumento/Herramienta	Torque
Tornillos de cierre/Pilares de cicatrización	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos de pilares de impresión	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos de laboratorio	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos clínicos directos a implante	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Tornillos clínicos Kiran directos a implante	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Pilares Basic/XDrive	Llaves de inserción: MABA100/MABA110/MABA200/MABA210	30 Ncm
Tornillos clínicos sobre Basic	Destornillador Hex. 1,25 mm	25 Ncm
Tornillos clínicos Kiran sobre Basic	Destornillador Hex. 1,25 mm	25 Ncm
Tornillos clínicos sobre XDrive	Destornillador Hex. 1,25 mm	20 Ncm
Tornillos clínicos Kiran sobre XDrive	Destornillador Hex. 1,25 mm	20 Ncm
Scanbody ZiaCam+ Tornillo	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Pilares Kirator	Llaves de inserción: LOSD01/LOSD02	30 Ncm
Pilares ZM-Equator	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Pilar/Tornillo Tx30 (Rotación Variable)	Destornillador Torx.Tx30	30 Ncm

ATENCIÓN

Sobrepasar el torque de apriete recomendado para tornillos y pilares pone en peligro la rehabilitación protésica y puede producir daños en la estructura del implante.




Para carga inmediata: NO apriete manualmente, fije con torque definitivo. Al usar destornillador o adaptador para contra ángulo (CA), no supere la velocidad máxima de 25 Rpm.




ZM8^N-ZM8s

Instrumental quirúrgico



Instrumental quirúrgico

Caja de cirugía ZM8N · ZM8S



■ Composiciones disponibles cajas ZM8N

Plataf.	Contenido	Referencia
	Vacía	BOXD100
	Básica manual. Carraca quirúrgica	BOXD100NS
	Básica manual. Carraca dinamométrica	BOXD100NSK
■	Básica CA. Carraca quirúrgica	BOXD100NSM
	Básica CA. Carraca dinamométrica	BOXD100NSMK
	Completa. Carraca quirúrgica	BOXD100NCM
	Completa. Carraca dinamométrica	BOXD100NCMK

■ Composiciones disponibles cajas ZM8N · ZM8S

Plataf.	Contenido	Referencia
	Vacía	BOXD100
	Básica manual. Carraca quirúrgica	BOXD100S1M
	Básica manual. Carraca dinamométrica	BOXD100S1MK
■	Básica CA. Carraca quirúrgica	BOXD101SM
	Básica CA. Carraca dinamométrica	BOXD101SMK
	Completa. Carraca quirúrgica	BOXD101CM
	Completa. Carraca dinamométrica	BOXD101CMK

■ Composiciones disponibles cajas ZM8S

Plataf.	Contenido	Referencia
	Vacía	BOXD100SS
	Básica manual. Carraca quirúrgica	BOXD100SSK
	Básica manual. Carraca dinamométrica	BOXD100SSM
■	Básica CA. Carraca quirúrgica	BOXD100SSMK
	Básica CA. Carraca dinamométrica	BOXD100SCM
	Completa. Carraca quirúrgica	BOXD100SCMK
	Completa. Carraca dinamométrica	BOX4004CMK

134°
SSS

Material: radel

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.

134°
SSS

Material: radel

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.

■ Contenido de las cajas quirúrgicas

REF	Descripción
MSID01	Fresa lanza. ZM8. Ø2,00mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSPD18D	Fresa piloto. ZM8S. Ø1,80mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSPD24D	Fresa piloto. ZM8N. Ø2,40mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSTD30D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8N. Ø2,40/3,00mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSTD32D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8N. Ø2,65/3,25mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OSTD35D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8N. Ø2,90/3,50mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OTD2518D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8S. Ø1,80/2,60mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OTD2520D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8S. Ø2,00/2,85mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
OTD3022D	Fresa quirúrgica escalonada. ZM8S. Ø2,20/3,10mm. Milimetrado. CA. Acero Inox.
STD34N	Fresa cortical. ZM8N. RP. CA. Acero Inox.
STD34S	Fresa cortical. ZM8S. RP. CA. Acero Inox.
NTPD809	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H9mm. Titanio Grado 5 ELI
NTPD811	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H11mm. Titanio Grado 5 ELI
NTPD813	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H13mm. Titanio Grado 5 ELI
NTPD815	Tope de fresa calibrado. Line ZM8. H15mm. Titanio Grado 5 ELI
DMTAP37N	Terraja quirúrgica. ZM8N. RP. Ø3,75mm. CA. Acero Inox.
DMTAP40N	Terraja quirúrgica. ZM8N. RP. Ø4,00mm. CA. Acero Inox.
DMTAP43N	Terraja quirúrgica. ZM8N. RP. Ø4,30mm. CA. Acero Inox.
DEXT10	Prolongador de fresas. Acero Inox.
MURE20	Sonda ZM8. Milimetrado. Titanio Grado 5 ELI
PARA60	Paralelizador doble. ZM8. Ø1,80/2,40mm. Titanio Grado 5 ELI
D02MMIN	Llave de inserción IDrive. RP. C/PA. Largo. CA. Acero Inox.
D04MMIN	Llave de inserción IDrive. RP. S/PA. Largo. CA. Acero Inox.
DTLMIN	Llave de inserción IDrive. RP. S/PA. Largo. Carraca/Manual. Acero Inox.
DTSMIN	Llave de inserción IDrive. ZM8. RP. S/PA. Corto. Carraca/Manual. Acero Inox.
RATC50	Carraca de Implantes. Acero Inox.
MESD	Punta de destornillador. Ø1,25mm. CA. Largo. Acero Inox.
SMSD	Destornillador quirúrgico. Ø1,25 mm. Corto. Manual. Acero Inox.
LMSD	Destornillador quirúrgico. Ø1,25 mm. Largo. Manual. Acero Inox.
TORK50	Carraca dinamoétrica regulable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm. Acero Inox.




ZM8N



Instrumental quirúrgico

FRESAS QUIRÚRGICAS

Fresa lanza



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
■	2,00	19,70	MSID01
■	2,00	14,50	MSID01T*

Milimetrado: 9/11/13/15

MSID01T*: Apta para tope de fresa calibrado



Fresa piloto ZM8N




Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
■	2,40	17,50	OSPD24D

Milimetrado: 9/11/13/15



Fresa quirúrgica escalonada ZM8N



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
■	2,40/3,00	17,50	OSTD30D
	2,65/3,25	17,50	OSTD32D
	2,90/3,50	17,50	OSTD35D

Milimetrado: 9/11/13/15



Fresa cortical ZM8N



Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
■	3,25/4,10	STD34N

Milimetrado: 9/11/13/15



Para más información sobre el uso de la fresa cortical, consulte el protocolo quirúrgico simplificado.

Fresa piloto ZM8S




Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
■	1,80	17,50	OSPD18D

Milimetrado: 9/11/13/15



Fresa quirúrgica escalonada ZM8S



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
■	1,80/2,60	17,50	OTD2518D
	2,00/2,85	17,50	OTD2520D
	2,20/3,10	17,50	OTD3022D

Milimetrado: 9/11/13/15



Fresa cortical ZM8S



Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
■	3,00/4,05	STD34S

Milimetrado: 9/11/13/15



Para más información sobre el uso de la fresa cortical, consulte el protocolo quirúrgico simplificado.

FRESAS QUIRÚRGICAS

Fresa quirúrgica crestal



Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
Universal	4,10	CLD34



TOPES

Tope de fresa calibrado



Plataf.	Longitud (L) Implante	Referencia
■	9,00	NTPD809
	11,00	NTPD811
	13,00	NTPD813
	15,00	NTPD815
Pack*	--	KSTPD800

*Pack completo 4 topes calibrados



TERRAJAS

Terraja quirúrgica. CA. ZM8N



Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
■	3,75	DMTAP37N
■	4,00	DMTAP40N
■	4,30	DMTAP43N

Milimetrado: 9/11/13/15



Para más información sobre el uso de la terraja, consulte el protocolo quirúrgico simplificado.

SONDAS

Sonda



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	18,00	MURE20

Milimetrado: 9/11/13/15



Paralelizador doble



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
■	1,80/2,40	8,00	PARA60




ZM8s



Instrumental quirúrgico

LLAVES

Llave de inserción IDrive. Carraca/Manual




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
IDrive	10,60/Corto	DTSMIN
	15,60/Largo	DTLMIN

● Hexagonal 2,00 mm / ■ Cuadrado 4x4 mm



Llave de inserción IDrive. C/PA. CA




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
IDrive	26,50/Corto	D01MMIN
	31,75/Largo	D02MMIN

● Hexagonal 2,00 mm



Llave de inserción IDrive. S/PA. CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
IDrive	25,65/Corto	D03MMIN
	31,65/Largo	D04MMIN

● Hexagonal 2,00 mm



Llave de inserción. Carraca/Manual



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	15,00	SMEX34

● Hexagonal RP 2,70 mm / ■ Cuadrado 4x4 mm



Llave de inserción. CA




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	7,50	MMEX34

● Hexagonal RP 2,70 mm



Prolongador de fresas




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	12,00	DEXT10



DESTORNILLADORES

Punta de destornillador. CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	20,00/Corto	MESD01
	25,00/Largo	MESD

● Hexagonal 1,25 mm



Destornillador quirúrgico. Manual




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	2,80/Mini	XSMSD
	9,50/Corto	SMSD
	14,50/Largo	LMSD
	27,00/Extralargo	XLMSD

● Hexagonal 1,25 mm



CARRACAS

Carraca de implantes



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	69,80	RATC50


■ Cuadrado 4x4 mm



Instrumental complementario

ADAPTADORES

Prolongador para carraca



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	7,20	LAEX

■ Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de cirugía.

Adaptador de carraca a CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	7,20	MAEX

■ Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de cirugía.

MOUNT IMPLANTES

Mount extralargo



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	10,10/Extralargo	MOUNT34


- Hexagonal NP 2,30 mm
- Hexagonal RP 2,70 mm
- Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de cirugía.

KIT DE PRUEBA DE LABORATORIO

Kit prueba de laboratorio



Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	3,65	EXLAB34




Este producto no sustituye el control de la planificación del caso clínico.

NO incluido en la caja de cirugía.

PLANTILLA RADIOGRÁFICA

Plantilla radiográfica ZM8N · ZM8S




Plataf.	Modelo	Referencia
■	ZM8N · ZM8S	PRADIO70

Escalas 1:1 y 1:125

Material: acetato transparente. Elemento no esterilizable.

Consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca





ZM8^N-ZM8s

Instrumental protésico



Instrumental protésico

Caja de prótesis




Composiciones disponibles cajas protésicas

Contenido	Referencia
Vacía	BOXPN
Básica	BOXPSN
Completa	BOXPCN

134°

Material: radel.

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.




Contenido de las cajas protésicas

REF	Descripción	BOXPSN	BOXPCN
LOSD01	Llave de inserción Kirator. Carraca	●	●
MABA100	Llave de inserción Basic. Corta. Carraca. Titanio Grado 5 ELI	●	●
MABA200	Llave de inserción XDrive. Corta. Carraca. Titanio Grado 5 ELI	●	●
MADW10	Puño destornillador. 4x4. Manual	●	●
SMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Corta. Carraca	●	●
LMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Larga. Carraca	●	●
XLMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Extralarga. Carraca		●
MESD	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Larga. CA.	●	●
MESD01	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Corta. CA.	●	●
MESD1TX	Punta de destornillador Tx30. Larga. CA	●	●
LMSD1TX	Punta de destornillador Tx30. Larga. Carraca	●	●
EDSZ20 *	Tornillo extractor ZPlus. Zinic®. NP. Titanio Grado 5 ELI		●
EDSZ34 *	Tornillo extractor ZPlus. Zinic®. RP/WP. Titanio Grado 5 ELI		●
EDSG34 *	Tornillo extractor pilares. Galaxy/ZV2. RP. Titanio Grado 5 ELI		●
EDSG50 *	Tornillo extractor pilares. ZV2. WP. Titanio Grado 5 ELI		●
TORK50	Carraca dinamométrica regulable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm	●	●

* Producto no incluido en el sistema ZM8N · ZM8S.

LLAVES

Llave de inserción Kirator



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Kirator	13,60/Carraca/Manual 20,00/CA	LOSD01 LOSD02 *

◆ Cuadrado 2,11 mm / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. LOSD02, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Llave de inserción Basic. Carraca




Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	5,00/Corta 13,00/Larga	MABA100 MABA110 *

◆ Basic / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. MABA110, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Llave de inserción XDrive. Carraca



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	6,00/Corta 13,00/Larga	MABA200 MABA210 *

○ XDrive / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. MABA210, NO esta incluida en la caja de prótesis.

DESTORNILLADORES

Puño destornillador




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	15,50	MADW10

■ Cuadrado 4x4 mm



Punta de destornillador. Carraca



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	9,50/Corta 14,50/Larga 27,00/Extralarga	SMSD1 LMSD1 XLMSD1

■ Cuadrado 4x4 mm




Punta de destornillador. CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	20,00/Corta 25,00/Larga	MESD01 MESD



Punta de destornillador Tx30. CA




Sistema	Longitud (L)	Referencia
Tx30	26,00/Corta 32,00/Larga	MESD01TX * MESD1TX



No exceder de 30 Ncm ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* La Ref. MESD01TX, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Punta de destornillador Tx30. Carraca



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Tx30	12,00/Corta 18,00/Larga	SMSD1TX * LMSD1TX

■ Cuadrado 4x4 mm



No exceder de 30 Ncm ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* La Ref. SMSD1TX, NO esta incluida en la caja de prótesis.

Destornillador protésico Tx30. Manual



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Tx30	12,00/Corto 18,00/Largo	SMSD1TX * LMSD1TX *



No exceder de 30 Ncm ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* Las Ref. SMSD1TX/LMSD1TX, NO estan incluida en la caja de prótesis.

Instrumental protésico

TORNILLO EXTRACTOR

Tornillo extractor ZPlus



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	23,30	EDSZ20 *
	23,70	EDSZ34 *

Anodizado NP RP/WP



Tornillo extractor pilares Galaxy/ZV2



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	23,30	EDSG34 *
	25,50	EDSG50 *


Anodizado RP WP



* Producto no incluido en el sistema ZM8N · ZM8S.

CARRACAS

Carraca dinamométrica regulable



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	86,80	TORK50

Cuadrado 4x4 mm



Instrumental complementario

Adaptador de CA a carraca




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	12,00	MC10Z

Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de prótesis.

Puño insertador retenciones + Extractor




Plataf.	A Longitud (L)	B Longitud (L)	Referencia
Kirator	81,50	110,40	MBEI3610
ZM-Equator			



NO incluido en la caja de prótesis.

Insertador de retenciones



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Kirator	32,00	MBEI3602
ZM-Equator	32,00	MBEI3603



Insertadores para cofias plásticas Kirator / ZM-Equator.
NO incluido en la caja de prótesis.

Juntas retentivas instrumental



Plataf.	Medida	Referencia
Universal	2x1	RREI0030

Pack de 10 unidades.

Protocolo
quirúrgico
simplificado




Protocolo quirúrgico simplificado

Características del sistema de fresado ZM8


■ Sistema de fresas Ziacom®

Las fresas de los sistemas de implantes Ziacom® están fabricadas en acero inoxidable. El marcado láser en el vástago de las fresas identifica su diámetro mayor y menor y su longitud, y la banda horizontal del marcado láser en su parte activa representa las diferentes longitudes de los implantes (fresas milimetradas). La longitud de la punta de la fresa es de 0,5 mm y no está incluida en las mediciones de las diferentes marcas laser.




■ Terrajas Ziacom®

Se encuentran disponibles terrajas para contra ángulo. El marcado láser en el vástago de las terrajas identifica su diámetro y la banda horizontal del marcado láser en su parte activa representa las diferentes longitudes.




■ Sondas

Compruebe la profundidad del lecho quirúrgico, especialmente si no se emplean topes de fresa. Para verificar el eje del lecho quirúrgico, los paralelizadores disponen de diámetros diferenciados según la secuencia de fresado.



■ Llaves de inserción cortas y largas para carraca y contra-ángulo


Las llaves de inserción para contraángulo o para carraca, ha sido diseñadas para transportar el implante desde su vial No Mount hasta el lecho quirúrgico para su inserción.



Protocolo de fresado ZM8N - Ziacom® No Mount

Rotación Requiere irrigación Diámetro fresa Torque

Las velocidades detalladas son las recomendadas



*Para fresado en hueso Tipo I/Tipo II aumente 200 Rpm con respecto a las indicadas en el gráfico superior. Utilice la fresa lanza milimetrada MSID01/MSID0TT antes de la fresa piloto.

INFRAFRESADO: valiore en huesos Tipo III y IV.

IMPORTANTE: controle el eje de fresado realizando presiones intermitentes (tapping) siempre en el plano vertical, con cuidado de no incidir presiones excesivas sobre el hueso.

FRESA CORTICAL Y TERRAJA

1
Uso de la fresa cortical
Según el tipo de hueso


Tipo I	Obligatorio
Tipo II	Depende del grosor cortical
Tipo III - IV	No necesario

2
Uso de la terraja
Según el tipo de hueso

Contra ángulo (CA)

Tipo I	Total
Tipo II	2/3
Tipo III - IV	No necesario

Protocolo de fresado ZM8S - Ziacom® No Mount



*Para fresado en hueso Tipo I/Tipo II aumente 200 Rpm con respecto a las indicadas en el gráfico superior. Utilice la fresa lanza milimetrada MSID01/MSID0TT antes de la fresa piloto.

INFRAFRESADO: valiore en huesos Tipo III y IV.

IMPORTANTE: controle el eje de fresado realizando presiones intermitentes (tapping) siempre en el plano vertical, con cuidado de no incidir presiones excesivas sobre el hueso.

FRESA CORTICAL

1
Uso de la fresa cortical
Según el tipo de hueso

Tipo I	Obligatorio
Tipo II	Depende del grosor cortical
Tipo III - IV	No necesario

Protocolo quirúrgico simplificado

Inserción del implante ZM8N / ZM8S - Ziacom® No Mount


■ Ziacom® No Mount

Los implantes Ziacom® están disponibles sin transportador. Este formato del blíster permite a los implantólogos retirar cómodamente el implante del vial y colocarlo en el lecho quirúrgico con un instrumento directo en un solo paso, ahorrando tiempo en la intervención. El implante sin transportador facilita la instrumentación en espacios reducidos y permite una mejor visibilidad del campo de trabajo.


Las nuevas llaves de inserción IDrive para C/PA. CA Ref: **D01MMIN/D02MMIN**, S/PA. CA Ref: **D03MMIN/D04MMIN** y para Carraca/Manual. Ref: **DTLMIN/DTSMIN** disponen, en su parte de sujeción, de un centrador para evitar dañar la conexión y de una arandela en su extremo activo que proporcionan una función rápida y segura de transportar el implante a su lecho quirúrgico.



■ Inserción



■ Punto de inserción de las llaves IDrive



IDrive secuencia de uso

A) Ref: D01MMIN/D02MMIN:

Llave de inserción CA con pinzas para sujeción del hexágono, use solo para "colocar" el implante en el lecho quirúrgico. No aplique torque de inserción, porque las láminas de la pinza de la llave se pueden deformar y no servirá para usos posteriores. Use la siguiente llave.

B) Ref: D03MMIN/D04MMIN:


Llave de inserción CA sin pinzas, para inserción del implante con torque controlado de la longitud indicada según densidad del hueso receptor. La inserción completa del implante, con esta llave, en hueso denso, puede provocar el deterioro por torsión de la misma y la dificultad en su retirada del contra ángulo. Para ajustar la posición crestral final de la plataforma del implante emplee la siguiente llave.

C) Ref: DTLMIN/DTSMIN:

Llaves de inserción para carraca. Use para ajustar la posición final de la plataforma del implante a nivel crestral. Respete las indicaciones de torque máximo y las recomendaciones de parada y retroceso en caso de resistencia excesiva durante la inserción.

■ Colocación crestral del implante

La plataforma de los implantes Ziacom® debe colocarse al nivel de la cresta ósea.



■ Tipos de hueso

Clasificación de Lekholm y Zarb (1985)



HUESO TIPO IV - HUESO BLANDO

- Cortical delgada que rodea el hueso esponjoso, poco denso.



HUESO TIPO II y III - HUESO MEDIO

- Tipo II: hueso compacto ancho rodea el hueso esponjoso denso.
- Tipo III: la cortical delgada rodea el hueso esponjoso denso.



HUESO TIPO I - HUESO DURO

- Se compone casi exclusivamente de hueso compacto homogéneo.

Recomendaciones generales

A tener en cuenta durante la intervención



Las fresas quirúrgicas deben insertarse en el contra ángulo con el motor quirúrgico parado, asegurando el correcto anclaje y rotación antes de comenzar el fresado. Trate las fresas con sumo cuidado: el más mínimo daño en las puntas puede comprometer su eficacia.



Cada instrumento debe ser empleado solamente para el uso específico recomendado por el fabricante.




Los instrumentos dañados deben ser eliminados según la normativa local.




El implantólogo debe guardar en la ficha del paciente una de las etiquetas identificativas suministradas con el producto para su correcta trazabilidad.

Manipulación del tornillo de cierre



Retire de su vial el tornillo de cierre con el atornillador hexagonal, en sentido contrario a las agujas del reloj. Aproxímelo al implante evitando la caída e ingestión accidental del tornillo. Insértelo en el implante hasta su cierre, con torque manual y en sentido de las agujas del reloj.

Preparación para segunda fase quirúrgica



Colocación del pilar de cicatrización

El pilar de cicatrización debe corresponder con la plataforma del implante, valorando la opción de aplicar la técnica de platform switch con pilares anatómicos y estar en concordancia con la altura del tejido gingival para evitar la oclusión del pilar. Una altura excesiva podría someter al implante a cargas prematuras, comprometiendo así el proceso de osteointegración.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Sobre la inserción del implante

Una compresión excesiva en el hueso receptor puede provocar la no osteointegración del implante.

No seguir los pasos descritos en la secuencia quirúrgica puede provocar:

- Falta de estabilidad primaria por pérdida del hueso de soporte.
- Dificultades en la inserción del implante.

Sobrepasar el torque (50 Ncm) en la inserción del implante puede producir:

- Deformaciones irreversibles en la conexión interna/externa.
- Deformaciones irreversibles en el instrumental indicado para la inserción del implante.
- Dificultades de desmontaje del conjunto instrumento/implante.

Torque máximo de inserción y velocidad

El torque recomendado de inserción se encuentra entre los 35 y 50 Ncm según cada caso sin limitarse a un torque único.



La inserción del implante debe realizarse, en función de la densidad y calidad ósea del lecho receptor, con torque controlado:

Sin desmontar su Mount, parcial o totalmente, en huesos tipo III y IV respectivamente, con torque recomendado de 35 a 50 Ncm para evitar la deformación del Mount o soldadura en frío con el implante.

Desmontando su Mount y con llave directa a implante, parcial o totalmente, en huesos tipo II y I respectivamente, con torque recomendado de 35 a 50 Ncm para evitar la deformación de la conexión y exceso de compresión ósea.

Instrumental de inserción o destornilladores en CA: use velocidad máxima de:



Implantes ZM8N · ZM8S


El protocolo quirúrgico Ziacom® establece la posición cristal de la plataforma del implante.

Para evitar estrés cortical y deformación de llave y/o conexión del implante, así como gripado del Mount, la inserción con contra ángulo (CA) debe respetar las rpm máximas recomendadas (25 Rpm) y el torque máximo indicado (50 Ncm).

En el uso de carraca no dinamométrica se requiere vigilar la resistencia durante la inserción. En caso de producirse, para liberar al hueso de las tensiones provocadas y facilitar el labrado de la espira, se recomienda extraer el implante con dos vueltas y, tras segundos de pausa, seguir con la inserción y repetir este proceso cuantas veces sea necesario.


Consulte siempre los protocolos quirúrgicos y protésicos publicados en el presente catálogo, así como el resto de documentos disponibles en la sección 'Biblioteca' de nuestra web www.ziacom.com/biblioteca que hacen referencia a procedimientos, protocolos e instrucciones de uso antes de utilizar el sistema ZM8N · ZM8S de Ziacom®.





ZM8^N-ZM8s

Limpieza, desinfección y esterilización



Limpieza, desinfección y esterilización

Los protocolos que se describen a continuación deben ser llevados a cabo únicamente por personal cualificado para la limpieza, desinfección y esterilización del material dental aquí especificado.

Instrucciones de limpieza y desinfección

Aplicable para instrumental, cajas quirúrgicas y protésicas y cofias plásticas retentivas.

■ Desmontaje

1. Desmonte* el instrumental que así lo requiera, como por ejemplo las carracas manuales, las fresas o los topes de fresa.
2. Desmonte la caja quirúrgica o protésica en sus diferentes componentes para una correcta limpieza.

■ Limpieza y desinfección

Para la desinfección del instrumental y las cajas quirúrgicas:

1. Sumerja el instrumental en una solución de detergente-desinfectante** indicado para instrumental dental para facilitar la eliminación de los restos biológicos adheridos. Si dispone de equipo de ultrasonidos***, compruebe que el detergente-desinfectante esté indicado para su uso con dicho equipo.
2. Retire manualmente los restos biológicos con un cepillo no metálico y detergente de pH neutro.
3. Aclare con abundante agua.
4. Para la limpieza de las cajas quirúrgicas y protésicas utilice siempre detergentes de pH neutro y utensilios no abrasivos para no dañar las superficies de las cajas.
5. Seque el material con celulosa desechable, paños que no dejen fibras o aire comprimido.

Para la desinfección de las cofias plásticas y el disco protector:

1. Sumerja durante 10 minutos en una solución de cloruro de benzalconio puro.
2. Aclare con agua destilada.
3. Seque las cofias y el disco antes de su utilización.

■ Inspección

1. Compruebe que el instrumental está perfectamente limpio, de lo contrario, repita los pasos de limpieza y desinfección.
2. Descarte el instrumental que muestre desperfectos y sustitúyalo para la siguiente cirugía.
3. Verifique que el instrumental y las cajas quirúrgicas y protésicas están perfectamente secas antes de realizar su montaje y proceder a la esterilización.

* Consulte los manuales de montaje y desmontaje en www.ziacom.com/biblioteca

** Siga las instrucciones del fabricante del producto desinfectante para determinar las concentraciones y tiempos.

*** Siga las instrucciones del fabricante del equipo de ultrasonidos para determinar la temperatura, concentración y tiempos.

Instrucciones de esterilización en autoclave de vapor

Aplicable para implantes de ortodoncia, aditamentos, instrumental y cajas quirúrgicas y protésicas.

1. Introduzca el material de forma individual en bolsas de esterilización y a continuación selle las bolsas. Para una esterilización conjunta, coloque el instrumental en su caja quirúrgica, introduzca la caja en una bolsa de esterilización y selle la bolsa.
2. Introduzca las bolsas a esterilizar en el autoclave.
3. Esterilice en autoclave de vapor a 134°C/273°F (máx. 137°C/276°F) durante 4 min (mínimo) y 2 atm de presión. Las carracas dinamométricas se deben esterilizar en 3 ciclos de vacío a 132°C/270°F durante al menos 1,5 minutos y secar al vacío durante al menos 20 minutos.

Sólo para Estados Unidos: El ciclo de esterilización validado y recomendado en EE.UU debe ser realizado en autoclave de vapor, a 132°C/270°F, durante un tiempo mínimo de 15 minutos y con tiempo de secado de al menos de 15-30 minutos.

IMPORTANTE

Asegúrese de que se completa la fase de secado establecida para evitar que los productos salgan húmedos.

Revise el equipo de esterilización si el material o las bolsas de esterilización presentan humedad al finalizar la esterilización.

Realice el mantenimiento del autoclave con la periodicidad establecida y las acciones necesarias, siguiendo las instrucciones del fabricante.



Conservación de los productos Ziacom®


- Mantenga los productos en sus envases originales y en un ambiente seco y limpio hasta su uso.
- Tras su esterilización conserve los productos en las bolsas de esterilización selladas y en un ambiente seco y limpio.
- Nunca sobrepase las fechas de caducidad determinadas por el fabricante de las bolsas de esterilización.
- Siga siempre las indicaciones del fabricante de las bolsas de esterilización.

Recomendaciones generales

- Nunca utilice material dañado o sucio ni reutilice productos indicados para un solo uso. El usuario es el responsable del correcto seguimiento de las instrucciones descritas en este documento.
- Preste atención a los elementos punzantes y cortantes. Se recomienda el uso de guantes durante la limpieza del material para evitar accidentes durante la manipulación.
- Siga las indicaciones de seguridad indicadas por el fabricante del agente desinfectante.
- La esterilidad no se puede garantizar si la bolsa de esterilización está abierta, dañada o mojada.
- Respete todas las fases del esterilizador. En caso de que el material o las bolsas de esterilización presenten restos de agua o humedad, revise el autoclave y repita la esterilización.
- Los aditamentos y los implantes de ortodoncia se suministran SIN ESTERILIZAR y deben ser siempre esterilizados previamente a su uso.
- El instrumental, las cajas quirúrgicas y protésicas se suministran SIN ESTERILIZAR y deben ser siempre esterilizados previamente a su uso y limpiarse y desinfectarse con posterioridad.
- Los procesos de esterilización, limpieza y desinfección deterioran progresivamente el instrumental. Inspeccione el instrumental minuciosamente para detectar signos de deterioro.
- Evite que los productos de diferentes materiales (acero, titanio...) entren en contacto durante los procesos de limpieza, desinfección y esterilización.
- Para el correcto mantenimiento y seguridad de sus productos, Ziacom Medical SL recomienda seguir estas instrucciones y por lo tanto la empresa no se hace responsable de la afectación que el empleo de procedimientos alternativos de limpieza, desinfección y esterilización por parte del usuario puedan tener en los productos.

Consulte la última versión de las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización en www.ziacom.com/biblioteca





Consulte las condiciones generales de venta actualizadas en nuestra página web www.ziacom.com

Consulte la disponibilidad de cada producto por país.

Quedan reservados todos los derechos. No se puede reproducir ninguna parte de esta documentación, ni almacenar en ningún medio o sistema de reproducción, ni transmitir de forma alguna, ni bajo ningún concepto, electrónicamente, mecánicamente, en fotocopias, en grabación ni de ninguna otra manera no contemplada aquí sin el permiso del propietario de los derechos de la marca, edición e impresión. Ziacom® es un marca registrada de Ziacom Medical SL.

Consulte la última versión disponible de los catálogos en www.ziacom.com.



www.ziacom.com

Ziacom Medical SL

Calle Búhos, 2
28320 Pinto - Madrid - ESPAÑA
Tfno.: +34 91 723 33 06
info@ziacom.com

Ziacom Medical Portugal Lda

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5° B
1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 215 850 209
info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - USA
Phone: +1 (786) 224 - 0089
info.usa@ziacom.com