

Instruments

Instruments cliniques





Information importante

À lire attentivement avant d'utiliser les produits Ziacom®

Informations d'ordre général

Ce document contient des informations de base pour l'utilisation des systèmes d'implants dentaires originaux Ziacom®, ci-après dénommés « implants dentaires Ziacom® » ou simplement « produits Ziacom® ». Cette documentation a été rédigée sous forme d'un guide de référence rapide destiné au praticien responsable du traitement, ci-après l'« utilisateur », et ne constitue donc ni une alternative ni un substitut à une formation spécialisée ou à une expérience clinique professionnelle.

Les produits Ziacom® doivent être utilisés en effectuant une planification de traitement adéquate et en suivant rigoureusement les protocoles chirurgicaux et prothétiques du fabricant. Lisez attentivement les protocoles chirurgicaux et prothétiques spécifiques à chaque produit, ainsi que les instructions du mode d'emploi et d'entretien avant d'utiliser un produit Ziacom®. Vous pouvez également les consulter sur notre site web www.ziacom.com ou les demander à votre distributeur officiel agréé Ziacom® le plus proche.

Informations sur la responsabilité, la sécurité et la garantie.

Les indications d'utilisation et de manipulation des produits Ziacom® sont fondées sur la bibliographie internationale publiée, les normes cliniques actuelles et sur notre expérience ; elles doivent donc être comprises comme des informations générales indicatives. La manipulation et l'utilisation des produits Ziacom®, échappant au contrôle de Ziacom Implants SLU, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Ziacom Implants SLU, ses filiales et/ou ses distributeurs officiels agréés déclinent toute responsabilité, expresse ou implicite, totale ou partielle, pour tout éventuel dommage ou préjudice causé par une manipulation incorrecte du produit ou par tout autre événement non prévu dans ses protocoles et manuels d'utilisation correcte de ses produits.

L'utilisateur du produit doit s'assurer que le produit Ziacom® utilisé est adapté à la procédure et à l'objectif final prévu. Ni ce mode d'emploi, ni les protocoles de travail ou de manipulation des produits ne dispensent l'utilisateur de cette obligation. L'utilisation, la manipulation et l'application clinique des produits Ziacom® doivent être effectuées par un personnel professionnel qualifié possédant les qualifications requises, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays.

L'utilisation, la manipulation et/ou l'application, en tout ou en partie, des produits Ziacom® dans l'une de leurs phases de réalisation, par un personnel non qualifié ou sans les qualifications requises, annule automatiquement tout type de garantie et peut provoquer de graves dommages à la santé du patient.

Les produits Ziacom® font partie d'une systématique propre, avec des caractéristiques de conception et des protocoles de travail propres, incluant les implants dentaires, les compléments ou composants prothétiques et les instruments chirurgicaux ou prothétiques. L'utilisation de produits Ziacom® en combinaison avec des éléments ou des composants d'autres fabricants, peut provoquer un échec du traitement, causer des dommages aux tissus, aux structures osseuses, des résultats esthétiques inappropriés et de graves dommages à la santé du patient. Pour cette raison, seuls les produits originaux Ziacom® doivent être utilisés.

Le clinicien, chargé du traitement, est seul responsable de l'utilisation des produits originaux de Ziacom® et de les utiliser conformément au mode d'emploi et aux protocoles de manipulation pertinents pendant tout le processus de traitement implantaire. L'utilisation de composants, d'instruments ou de tout autre produit non original Ziacom®, utilisés seuls ou en combinaison avec l'un des produits originaux Ziacom®, annulera automatiquement toute garantie des produits originaux Ziacom®.

Veuillez vous référer au programme de garantie Ziacom Implants SLU (disponible sur le site web ou en contactant Ziacom Implants SLU, ses filiales ou ses distributeurs agréés).

Avertissement . Les produits Ziacom® ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité.

La marque Ziacom® et les autres noms et logos de produits ou de services mentionnés dans cette documentation ou sur le site www.ziacom.com sont des marques déposées de Ziacom Medical Group SL.

Ziacom Implants SLU se réserve le droit de modifier, changer ou éliminer n'importe lequel de ses produits, prix ou spécifications techniques référencés sur sa page web ou dans l'un de ses documents sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou publication totale ou partielle de cette documentation est interdite, sur quelques support ou format que ce soit, sans l'autorisation écrite de Ziacom Implants SLU est interdite.

Kit d'embouts universels

- Peuvent être utilisées avec un contre-angle ou manuellement à l'aide d'un manche adaptateur.
- Compatibles avec la plupart des systèmes d'implants.
- Embouts en acier inoxydable.

- » Manche de tournevis. Contre-angle (CA). Manuel. Acier inoxydable. Réf. **MADW1**
- » Embout de tournevis. Ø1,20 mm. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Hexagonal. Réf. **MESD1**
- » Embout de tournevis. Ø1,25 mm. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Hexagonal. Réf. **MESD**
- » Embout de tournevis. Ø1,27 mm. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Hexagonal. Réf. **MESD2**
- » Embout de tournevis. Ø1,70 mm. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Hexagonal. Réf. **MESD3**
- » Embout de tournevis. 2,25/0,5 mm. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Cruciforme. Réf. **MESD4**
- » Embout de tournevis. 1,6 mm. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Plat. Réf. **MESD5**
- » Embout de tournevis. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Unigrip. Réf. **MESD6**
- » Embout de tournevis. Contre-angle (CA). Acier inoxydable. Torx. Réf. **MESD7**



Kit de 8 embouts avec manche
Référence : **KPD100**

Jauges de profondeur millimétrées

- Trépan clinique à paroi fine pour l'extraction osseuse ou le retrait d'implants.
- Angles de coupe conçus pour améliorer l'efficacité.
- Acier inoxydable avec revêtement DLC pour une résistance et une durabilité accrues.

- » Trépan. Diamètres – 4,35 mm ext. × 3,55 mm int. Graduations millimétrées – 2/4/6/8/10 mm. Réf. **OFC35**
- » Trépan. Diamètres – 4,95 mm ext. × 4,15 mm int. Graduations millimétrées – 2/4/6/8/10 mm. Réf. **OFC40**
- » Trépan. Diamètres – 5,30 mm ext. × 4,55 mm int. Graduations millimétrées – 2/4/6/8/10 mm. Réf. **OFC45**
- » Trépan. Diamètres – 5,90 mm ext. × 5,15 mm int. Graduations millimétrées – 2/4/6/8/10 mm. Réf. **OFC50**



Kit de 4 trépan gradués en millimètres
Référence : **KTD100**

Embouts pour clé à cliquet

- Peuvent être utilisées avec une clé à cliquet ou manuellement à l'aide d'un manche adaptateur.
- Compatibles avec la plupart des systèmes d'implants.
- Embouts en acier inoxydable.

- » Puño destornillador 4x4 mm. Manual. Acero Inox. Réf. **MADW10**
- » Manche de tournevis 4 × 4 mm. Manuel. Acier inoxydable. Réf. **MADW10**
- » Embout de tournevis. Ø1,20 mm. Court. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **SMSD20Z**
- » Embout de tournevis. Ø1,20 mm. Long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **LMSD20Z**
- » Embout de tournevis. Ø1,25 mm. Court. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **SMSD1**
- » Embout de tournevis. Ø1,25 mm. Long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **LMSD1**
- » Embout de tournevis. Ø1,25 mm. Extra-long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **XLMSD1**
- » Embout de tournevis. Ø1,27 mm. Court. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **SMSD27Z**
- » Embout de tournevis. Ø1,27 mm. Long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **LMSD27Z**
- » Embout de tournevis. Ø1,70 mm. Court. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **SMSD70Z**
- » Embout de tournevis. Ø1,70 mm. Long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **LMSD70Z**
- » Embout de tournevis. Unigrip. Court. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **SMSDT1Z**
- » Embout de tournevis. Unigrip. Long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **LMSDT1Z**
- » Embout de tournevis. Torx 6. Court. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **SMSDK6Z**
- » Embout de tournevis. Torx 6. Long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **LMSDK6Z**
- » Embout de tournevis. Tx30. Court. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **SMSD1TX**
- » Embout de tournevis. Tx30. Long. Clé à cliquet/Manuel. Acier inoxydable. Réf. **LMSD1TX**



Bistouris circulaires (internes, externes, coniques et monobloc)

Bistouris circulaires




Platef.	Diamètre (Ø)	Référence
	3,50 mm/4,00 mm	MPU20
	4,50 mm/4,95 mm	MPU34
	5,25 mm/5,75 mm	MPU50

Instrument avec traitement de surface DLC.



Bistouris circulaires



Platef.	Diamètre (Ø)	Référence
	2,80 mm/3,30 mm	MPU10

Instrument avec traitement de surface DLC.





Veuillez consulter les conditions générales de vente mises à jour sur notre site web www.ziacom.com.

Veuillez vous référer à la disponibilité de chaque produit par pays.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne saurait être reproduite, stockée sur un support ou un système de reproduction, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, non couvert par le présent document, sans l'autorisation du titulaire des droits de la marque, de publication et d'impression. Ziacom® est une marque déposée de Ziacom Medical Group SL.

Veuillez consulter la dernière version disponible des catalogues sur le site www.ziacom.com.

FR | FRANÇAIS

